




Sez. A-A



CODICE DISEGNO GAC-001-003		<div>C.N.R. I.R.A.</div> <div>RADIOTELESCOPIO MEDICINA</div>			
SOSTITUISCE DIS. N. 001-004					
MATERIALE Anticordal 100	DENOMINAZIONE SUPERFICIE ATTIVA NOTO			DISEGNATORE J. Roda	
TRAT. TERM. Anodizzazione	Attuatore corsa 13 mm Tubo di regolazione			DATA 10/06/00	
SCALA 1 : 1	QUANTITA' 1	QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLL. GRADO DI PRECISIONE MEDIO UNI 5307	 	CONTROLLO J. Roda	
IL CNR SI RISERVA A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA SUA AUTORIZZAZIONE					

Smussare spigoli vivi 1x45°
Smussare spigoli vivi 0.5x45°