



(1 : 1)



X (5 : 1)



Z



Y



Maßhaltig ematalieren
Schichtdicke 0,01 bis 0,015 mm

Nr.:	Beschreibung	Datum	Name
a	Einlauffase 3x15° hinzugefügt	30.03.2022	Wetteskind

Revisionsverlauf



ehemals Sachnummer ST0001 des
Physik-Instituts Universität Zürich

Hauptprojektion



Max-Planck-Institut für Physik
(Werner-Heisenberg-Institut)
München

	Tag	Name
gezeichnet	19.05.2021	H. Wetteskind
geprueft	30.03.2022	H. Wetteskind
geplottet		
Entwurf	19.05.2021	H. Wetteskind

Projekt
CTA
LST Optical System
AMC Actuator Series E

Gewicht.....: 0,066 kg
Dimensionen : mm
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 m K

Werkstoff
AW-6082 AlSi1MgMn

Maßstab
2:1

Stempel

Teil:

Zeichnungsnummer / EDV Nr.:
107-051514_ST0001.idw

Software.....: Inventor 2018
Blatt: 1 Gesamtzahl: 1 V17.b
DIN EN 20 216 – A3 (297 x 420)